Podání standardního bolusu S BOLUSOVÝM KALKULÁTOREM



Klepněte na „+“ v pravém dolním rohu.



Klepněte na „**Zaznamenat a vypočítat**“.



Zadejte všechny potřebné údaje (glykémie, sacharidy, atd.).



Pro výpočet bolusu klepněte na „**Vypočítat**“.



Pokud s doporučeným bolusem souhlasíte, klepněte na „**Přijmout**“.



Posuňte se dolů na konec obrazovky a klepněte na „**PODAT INZULÍNOVOU PUMPOU**“.

UPOZORNĚNÍ

Pokud klepnete na „ULOŽIT“ v kroku 5 (= místo „**Přijmout**“ doporučení bolusu), v deníku se vytvoří záznam bez podání inzulínu.

Pokud klepnete na “ULOŽIT“ v kroku 6 (= místo „PODAT INZULÍNOVOU PUMPOU“), v deníku se vytvoří záznam s inzulínem, ale pumpou žádný inzulín vydán nebude.



Klepněte na „**POVOLIT**“.

Podání bolusu autorizujte bezpečnostním zámkem (PIN kód/otisk prstu - dle nastavení v telefonu).



Informace na displeji potvrzuje, že probíhá podání bolusu.

UPOZORNĚNÍ

Přes aplikaci je možné zadat pouze standardní bolus.

Kombinovaný, rozložený a odložený bolus je nutné zadat na pumpě, ale v aplikaci se zobrazí.

Bolusový kalkulátor do svého výpočtu zahrne VŠECHNY zadané bolusy.

C2202109

mySugr

Accu-Chek a Accu-Chek Insight jsou ochranné známky Roche.
Slovní označení a logo The Bluetooth® jsou registrované obchodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a používání těchto značek firmou Roche je podloženo licencí.
mySugr je registrovaná ochranná známka mySugr GmbH.
© 2020 Roche Diabetes Care.
www.accu-chek.cz
Roche s.r.o., Diagnostics Division
Prodejní jednotka Diabetes Care
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
bezplatná zákaznická linka Accu-Chek:
800 111 800

ACCU-CHEK®

Spárování aplikace mySugr a inzulínové pumpy Accu-Chek® Insight

(instalace, registrace a propojení)



Nainstalujte si aplikaci mySugr zdarma na Google Play. Aplikaci poté otevřete.

Zadeje svou emailovou adresu pro vytvoření účtu a klepněte na „**DALŠÍ**“.

Zadeje šestimístný ověřovací kód, který vám přijde do Vaší emailové schránky.



Zvolte si přístupové heslo pro Váš mySugr účet a potvrďte souhlas s Obchodními podmínkami a Prohlášením o ochraně osobních údajů. Klepněte na **“VYTVOŘIT ÚČET”**.
V dalších krocích postupně zadejte základní údaje, např. typ cukrovky, druh léčby, používané jednotky, cílové rozmezí, atd. Poté je aplikace připravena ke spárování s pumpou.



POTŘEBNÉ KROKY KE SPÁROVÁNÍ APLIKACE S PUMPOU

Na svém telefonu aktivujte funkci *Bluetooth*™ a pro aplikaci mySugr povolte určování přesné polohy.

Na své pumpě aktivujte funkci *Bluetooth*™ (použijte návod k použití).

Ujistěte se, že pumpa není připojená k jinému zařízení (např. k datamanažeru).



Klepněte na ikonku MENU (tři vodorovné linky v levém horním rohu).



Klepněte na „**Připojení**“.



V nabídce inzulínových pump vyberte „**Accu-Chek Insight**“.



Klepněte na „**PŘIPOJIT**“.



V případě zobrazení této výzvy klepněte na „**AKTIVOVAT BLUETOOTH A URČOVÁNÍ POLOHY**“, poté klepněte na „**PŘÍSTUP POVOLEN**“.

Spárování aplikace mySugr a inzulínové pumpy Accu-Chek Insight®

(instalace, registrace a propojení)



Postupujte dle návodu v aplikaci (kroky 1-2-3), poté vyberte sériové číslo Vaší inzulínové pumpy a klepněte na zelenou šipku.

Pokud kód na displeji Vaší pumpy souhlasí s kódem v aplikaci, klepněte na "**POTVRDIT A SPÁROVAT**".



Párování dokončete podle pokynů na Vaší inzulínové pumpě.



Klepněte na „**HOTOVO**".

Odpojení pumpy od aplikace mySugr



Klepněte na ikonku MENU (tři vodorovné linky v levém horním rohu).



Klepněte na „**Připojení**".



V nabídce „**Připojeno**" vyberte "**Accu-Chek Insight**".



Klepněte na „**ODPOJIT**".



Klepněte na „**POTVRDIT**".

8.2.5. Odebrání zařízení ze seznamu

Pokud zařízení odeberete ze seznamu, spárování pumpy a tohoto zařízení se zruší. Pumpa s tímto zařízením nadále nebude moci komunikovat prostřednictvím bezdrátové technologie *Bluetooth*.
Chcete-li obnovit komunikaci pumpy s tímto zařízením, musíte znovu spárovat pumpu se zařízením, jak bylo popsáno v předchozí části této kapitoly. Viz kapitola 8.2.4.







Na Vaší pumpě:
Odeberte zařízení ze seznamu v menu "**Nastavení**">"**Komunikace**" dle postupu v Brožurce uživatele inzulínové pumpy Accu-Chek Insight.

Podání standardního bolusu BEZ BOLUSOVÉHO KALKULÁTORU



Klepněte na „**+**" v pravém dolním rohu.



Klepněte na „**Podat bolus**".

nebo



Klepněte na záložku „**Moje pumpa**".



Klepněte na „**PODAT BOLUS**".

Bolus bez bolusového kalkulátoru je možné podat dvěma způsoby:
varianta A (displej 1a+2a), varianta B (displej 1b), obě varianty pokračují krokem **3**.

Zadejte množství inzulínu a klepněte na „**POTVRDIT**".



Klepněte na „**POVOLIT**".



Podání bolusu autorizujte bezpečnostním zámkem (PIN kód/otisk prstu - dle nastavení v telefonu).



Informace na displeji potvrzuje, že probíhá podání bolusu.

Pokud během následujících 30 min. zadáte další bolus, zobrazí se varování.

UPOZORNĚNÍ

Přes aplikaci je možné zadat pouze standardní bolus.

Kombinovaný, rozložený a odložený bolus je nutné zadat na pumpě, ale v aplikaci se zobrazí.

POZNÁMKA

Před používáním a v případě jakýchkoliv nejasností doporučujeme pročíst **Brožurku uživatele**, kterou najdete v MENU (tři vodorovné linky v levém horním rohu) nebo se můžete obrátit na podporu mySugr (MENU - Podpora a odezva).

Mobilní aplikace mySugr je zdravotnický prostředek určený pro podporu léčby diabetu prostřednictvím každodenní správy dat souvisejících s diabetem za účelem optimalizace léčby (deník mySugr), pro výpočet bolusové dávky inzulínu nebo příjmu sacharidů na základě zadaných údajů (bolusový kalkulátor mySugr), k ovládání inzulínové pumpy Accu-Chek Insight - podání standardního bolusu přes aplikaci mySugr pump control. Před použitím si pročtěte brožurky uživatele a použití konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.